

ANTI BATERÍA ADORMECIDA ADORMECIDA



G460
Multi-gas Detector



INSTRUCTIVO DE ANTI BATERÍA ADORMECIDA



LABORATORIO DE GASES
Verificación, Calibración y
Certificación de Equipos

BATERÍA

En completa carga, la batería del equipo G450 tiene una capacidad de 25 horas de operación continua trabajando en modo difusión. El tiempo de operación puede ser reducido por el uso de intervalos de muestras o alarmas. La capacidad de carga remanente es indicada por el símbolo de batería en el lado izquierdo del Display. Un área negra representa la capacidad remanente. Cuando la capacidad esta al 4%, el G450 entrega una alarma visual (LED alarma roja y símbolo de batería vacío en el Display) y una señal audible. El Display se coloca de color naranja.



G460 Multi-gas Detector



Dudas o consultas

LABORATORIO DE GASES

940 280 110



Contamos con un **equipo multidisciplinario** de profesionales con amplia experiencia teniendo como objetivo brindar el **asesoramiento necesario y adecuada recomendación de la instrumentación** a utilizar en cada uno de los proyectos. ACIS PROCESS lo acompañará desde la concepción de su idea, la planificación, la ejecución, la puesta en marcha y su posterior mantenimiento **garantizando un soporte técnico las 24 horas**.



Dudas o consultas
ÁREA DE SOPORTE

940 280 110